CONSTAT DE VERIFICATION

Pro-Line Soft 3

N° de série : **L14057B** **N° Document :** **41V12 / DDUTSCHER**

Référence : Eppendorf 3120 - 2.5 / Ref Dutscher: 035602 **Mise en service :** **Date :** 22/08/2012

Modèle : Research Plus- var. 0.1-2.5 µl - type A **Nombre de canaux :** 1 **Heure :** 09:52:13

Constructeur : EPPENDORF

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

Volume : **0,25 µl**

Moyenne : 0,223 µl **Minimum :** 0,208 µl **Maximum :** 0,244 µl

Erreur systématique	**Ev :**	-0,027 µl	**E%**	-10,82 %	Tolérance E :	0,125 µl	**CONFORME**
Erreur aléatoire	**Sv :**	0,012 µl	**CV%**	5,55 %	Tolérance S :	0,075 µl	**CONFORME**

10 mesures (en mg)

0,207 0,217 0,214 0,238 0,212 0,225 0,224 0,232 0,210 0,243

Volume : **1,25 µl**

Moyenne : 1,248 µl **Minimum :** 1,211 µl **Maximum :** 1,287 µl

Erreur systématique	**Ev :**	-0,002 µl	**E%**	-0,14 %	Tolérance E :	0,125 µl	**CONFORME**
Erreur aléatoire	**Sv :**	0,019 µl	**CV%**	1,48 %	Tolérance S :	0,075 µl	**CONFORME**

10 mesures (en mg)

1,207 1,252 1,238 1,245 1,247 1,244 1,247 1,238 1,239 1,283

Volume : **2,5 µl**

Moyenne : 2,519 µl **Minimum :** 2,488 µl **Maximum :** 2,547 µl

Erreur systématique	**Ev :**	0,019 µl	**E%**	0,75 %	Tolérance E :	0,125 µl	**CONFORME**
Erreur aléatoire	**Sv :**	0,015 µl	**CV%**	0,59 %	Tolérance S :	0,075 µl	**CONFORME**

10 mesures (en mg)

2,523 2,511 2,511 2,507 2,502 2,510 2,514 2,505 2,480 2,538

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion **CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa **Signature :**

Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561 **Liquide utilisé :** Eau distillée

Références : *masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011*
méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,5 °C **Pression :** 1001,1 hPa **Hygrométrie :** 75,8 %

Pointe : ClearLine 015020CL **Evaporation :** 0 mg **Facteur :** 1,0034 µl/mg

ClearLine 035210CL (Low Binding)

Accurate Poly Services Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 – SIRET 444 856 942 00016 – APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr